



Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 5, 78-320 Polczyn-Zdrój

Polczyn-Zdrój, dnia 13.06.2019 r.

Pytania i odpowiedzi do
w postępowaniu o udzielenia zamówienia:
**„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i
środków dezynfekcyjnych”;**
nr postępowania 2/ZP/2019

1. Czy Zamawiający dopuści produkty, zgodnie z tabelą poniżej?:

a) Venflon z wbudowanym mechanizmem bezpieczeństwa 16G	1,8 x 45 mm
b) Venflon z wbudowanym mechanizmem bezpieczeństwa 18G	1,3 x 45 mm
c) Venflon z wbudowanym mechanizmem bezpieczeństwa 20G	1,1 x 32 mm
d) Venflon z wbudowanym mechanizmem bezpieczeństwa 22G	0,9 x 25 mm
e) Venflon z portem 26G	0,6 x 19 mm
f) Venflon Neoflon 24 G	0,7 x 19 mm

Odpowiedź:

- a) Zamawiający dopuszcza
- b) Zamawiający dopuszcza
- c) Zamawiający dopuszcza
- d) Zamawiający dopuszcza
- e) Zamawiający nie dopuszcza
- f) Zamawiający dopuszcza