



Przyjazny Szpital w Polczynie Zdroju Sp. z o.o.  
ul. Szpitalna 5, 78-320 Polczyn-Zdrój

Polczyn-Zdrój, dnia 06.10.2020 r.

Pytania i odpowiedzi do  
w postępowaniu o udzielenia zamówienia:  
**„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów opatrunkowych i  
środków dezynfekcyjnych”;**  
nr postępowania 5/ZP/2020

**Pakiet nr 13 poz. 13-15,25,26**

Czy Zamawiający może określić jakie do jakie pompy posiada na stanie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada pompy jedno- i dwustrzykawkowe.

**Pakiet nr 13 poz. 13-15, 17-20**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie strzykawek pakowanych po 50 szt bądź po 80 szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet nr 13 poz. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z komora kroplowa w części przezroczystej 55mm igła ścięta trójpłaszczyznowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 13 poz. 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu bez wzmocnienia ABS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 13 poz. 22**

Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren jest wykonany z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet nr 13 poz. 24,28-30**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpieczniejszej wykonanej z FEP z 2 paskami widocznymi w promieniach RTG z filtrem hydrofobowym z polimerowym zatrząskiem na końcu igły zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem personelu bez systemu kapilar w rozmiarach:

16 G	1,7 x 45	200 ml/min
17 G	1,5 x 45	142 ml/min
18 G	1,3 x 45	100 ml/min
18 G	1,3 x 32	105 ml/min
20 G	1,1 x 32	61 ml/min
20 G	1,1 x 25	65 ml/min
22 G	0,9 x 25	36 ml/min

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 13 poz. 31,32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli z 4 paskami widniejącymi w promieniach RTG z uchwytem ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 13 poz. 31,32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu potwierdzania klinicznymi badaniami biokompatybilności?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 13 poz. 31,32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 13 poz. 31,32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bez dodatkowego otworu przy ostrzu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pakiet nr 13 poz. 31,32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli pakowanej po 100szt?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet nr 13 poz. 31,32**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli w rozmiarach:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
26 G	0,6 x 19	13
24 G	0,7 x 19	13

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.